

PH 在线监测数据异常的情况说明

皖北盛徐(合肥)高科技钢板有限公司:

2019年11月16日8:00我处接到关于

公司总排口在线 PH 监测仪出现 0 值异常情况，运维人员于 8:30 到达现场对
线监测仪进行排查。发现 PH 监测仪主机屏幕不显示，呈黑屏状态，运维人
员用万用表对 PH 监测仪输入、输出电压进行测量，电压稳定 PH 监测仪主机

